

BD製品の試験成績書について

BDで取り扱う製品について、以下の品質証明書ダウンロードサイトより試験成績書(Certificate of Analysis, COA)の入手が可能です。

① <http://regdocs.bd.com/regdocs/searchCOA.do>

The screenshot shows the BD Regulatory Documents website. At the top, there is a navigation bar with links for "BD Worldwide", "Privacy", "Terms & Conditions", and "Site Map". A search bar is located on the right. Below the navigation bar, there is a banner with the text "Ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis" and an image of laboratory equipment. The main content area is titled "BD Regulatory Documents" and "品質証明書". It lists various document types: "品質証明書", "ボタンのステートメント", "SDS/製品ステートメント", "よくある質問", and "お問い合わせ先". There is also a "言語変更:" section with a dropdown menu set to "English". The "品質証明書" section contains a description of the service and a list of document types: "試験成績書 (Certificate of Analysis, CoFA, COA)", "適合書 (Certificate of Compliance, CoFC, COC)", "品質適合書 (Certificate of Conformance, CoFC, COC)", and "滅菌証明書 (Certificate of Sterility, CoFS, COS)". Below this, there is a section for "各品質証明書の検索は下記の検索ツールをお使い下さい。" and a search form with four input fields: "BDカタログ番号", "BDロット番号 / BDシリアル番号", "BDカタログ番号", and "BDロット番号 / BDシリアル番号". A "リストに追加" button is located below the first two input fields.

②BDカタログ番号とロット番号を入力し、「リストに追加」をクリックする。

BDカタログおよびロット番号/シリアル番号を10まで入力してください。完了したら、検索ボタンを押します。

BDカタログ番号	BDロット番号/ BDシリアル番号	BDカタログ番号	BDロット番号/ BDシリアル番号
<input type="text" value="251261"/>	<input type="text" value="8362600"/>		

③リストに表示されたことを確認し、検索をクリックする。

BDカタログおよびロット番号/シリアル番号を10まで入力してください。完了したら、検索ボタンを押します。

BDカタログ番号	BDロット番号/ BDシリアル番号	BDカタログ番号	BDロット番号/ BDシリアル番号
<input type="text"/>	<input type="text"/>	251261	8362600

リストに追加

リストから削除

リストをクリア

検索

④ 該当製品のボックスにチェックをし、「証明書を表示」または「選択文書をZIPファイルへダウンロード」をクリックする。

該当				
<input type="checkbox"/>	BDカタログ番号	BDロット番号/ BD シリアル番号	製品名	文書 (PDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	251261	8362600	PLATE TRYPTICASE SOY AGAR 5% SB 100 EA	証明書を表示 

選択文書をZIPファイルへダウンロード

⑤自動的に、pdf表式によるCertificate of Analysis (試験成績書)がダウンロードされます。

000000000000251261_8362600_5C6D9FFF11C2ABD6E10000000A1B126...

regdocs.bd.com/regdocs/view/ecc/000000000000251261_8362600_5C6...

BD 試験成績書

日本ベクトン・ディキンソン株式会社
〒960-2152
福島県福島市土船字五反田1番地

Page: 1 of 1

製品名 : トリアチアスライ5%ワグ血液寒天培地 100枚
カタログ番号 : 251261 **製造日**: 2019/01/17
ロット番号 : 8362600
有効期限 : 2019/05/02

01 外観試験結果
培地表面上に性能上支障がでる泡は無かった。
培地の色調は性能上支障がでる異常は無かった。

02 無菌性試験結果
30±1℃, 84時間培養で雑菌汚染を認めなかった。

03 発育支持性能試験, pH・硬度試験
(1) トリアチアスライ5%ワグ血液寒天培地
(A) 培養条件
* 35±2℃, 24時間の好気培養
** 35±2℃, 24時間の炭酸ガス培養
(B) 発育支持性能試験結果
下記菌株について品質保証判定基準に適合している事を確認。
使用菌株 判定基準
* Staphylococcus aureus ATCC 25923 良好な発育, β-溶血
* Escherichia coli ATCC 25922 良好な発育, β-溶血
** Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 良好な発育, α-溶血
** Streptococcus pyogenes ATCC 19615 良好な発育, β-溶血
* Staphylococcus aureus ATCC 13150 良好な発育, β-溶血
(C) pH・硬度
25℃での測定値及び判定基準について下表に記載。

よくある質問

Q1 『リストに追加』をクリックしてもリストに表示されません

A：こちらのサイトへはInternet Explorerではつながりにくい場合があります。Google Chromeから再度お試しください。それでもお使い頂けない場合、一度Chromeの閲覧履歴のキャッシュを消去いただき、再度お試しください。

Q2 製品番号だけ、またはロット番号の最初の数字だけで表示されますか？

A：製品番号およびロット番号を入力して頂かないと、試験成績書が正しく表示されません。

製品番号およびロット番号のご入力をお願い致します。

Q3 製品番号、ロット番号を入力しましたが、試験成績書が表示されません。

A：ご入力いただいた製品番号およびロット番号を再度ご確認ください、それでも表示がされない場合は jp_docc@bd.comまでお問い合わせください。